【4-7　評価シート　エビデンス総体】

診療ガイドライン	乳房腫瘤の精密検査として乳房超音波エラストグラフィは推奨されるか？
対象	成人女性
介入	エラストグラフィを併用した超音波検査
対照	Bモード超音波検査

エビデンスの強さはRCTは"強(A)"からスタート、観察研究は弱(C)からスタート
* 各ドメインは"高(-2)"、"中/疑い(-1)"、"低(0)"の3段階
** エビデンスの強さは"強(A)"、"中(B)"、"弱(C)"、"非常に弱(D)"の4段階
*** 重要性はアウトカムの重要性(1～9)

エビデンス総体

								リスク人数(アウトカム率)											
アウトカム	**研究デザイン/研究数**	**バイアスリスク***	**非一貫性***	**不精確***	**非直接性***	**その他(出版バイアスなど)***	**上昇要因(観察研究)***	**対照群分母**	**対照群分子**	**(%)**	**介入群分母**	**介入群分子**	**(%)**	**効果指標(種類)**	**効果指標統合値**	**信頼区間**	**エビデンスの強さ****	**重要性*****	**コメント**
感度向上(SE定性)	prospective/8	-1	0	-1	0	0	0	895	872	97.4%	1015	740	72.9%	感度	82.6	70.6-90.4	非常に弱(D)	6	
感度向上(SE半定量)	prospective/4	-1	0	-1	0	0	0	895	872	97.4%	499	399	80.0%	感度	84.5	67.9-93.4	非常に弱(D)	6	
感度向上(SWE定量)	prospective/12	0	0	0	0	0	0	895	872	97.4%	1131	945	83.6%	感度	84.9	76.0-90.9	非常に弱(D)	6	
感度向上(SWE_Emax)	prospective/7	0	0	0	0	0	0	895	872	97.4%	713	636	89.2%	感度	91.3	81.3-96.2	非常に弱(D)	6	
感度向上(SWE_Emean)	prospective/6	-1	0	0	0	0	0	895	872	97.4%	733	609	83.1%	感度	85.3	63.1-95.2	非常に弱(D)	6	
特異度向上(SE定性)	prospective/8	-1	0	-1	0	0	0	2719	958	35.2%	2229	1980	88.8%	特異度	80.9	64.2-90.9	強(A)	8	
特異度向上(SE半定量)	prospective/4	-1	0	-1	0	0	0	2719	958	35.2%	404	275	68.1%	特異度	69.4	59.0-78.2	強(A)	8	
特異度向上(SWE定量)	prospective/12	0	0	0	0	0	0	2719	958	35.2%	2357	1963	83.3%	特異度	88.5	83.6-92.0	強(A)	8	
特異度向上(SWE_Emax)	prospective/7	0	0	0	0	0	0	2719	958	35.2%	1254	1040	82.9%	特異度	88.6	81.9-93.0	強(A)	8	
特異度向上(SWE_Emean)	prospective/6	-1	0	0	0	0	0	2719	958	35.2%	1233	1051	85.2%	特異度	92.9	86.0-96.6	強(A)	8	
医療費減少	0																	6	該当論文なし
検査時間の増加	0																	2	該当論文なし

コメント(該当するセルに記入)