【4-7 評価シート エビデンス総体】

診療ガイドライン	造影超音波検査は乳房病変の良悪性鑑別に有用か？
対象	成人女性
介入	造影超音波検査
対照	Bモード超音波検査

エビデンスの強さはRCTは"強(A)"からスタート、観察研究は弱(C)からスタート
* 各ドメインは"高(-2)"、"中/疑い(-1)"、"低(0)"の3段階
** エビデンスの強さは"強(A)"、"中(B)"、"弱(C)"、"非常に弱(D)"の4段階
*** 重要性はアウトカムの重要性(1～9)

エビデンス総体

								リスク人数(アウトカム率)											
アウトカム	**研究デザイン/研究数**	**バイアスリスク***	**非一貫性***	**不精確***	**非直接性***	**その他(出版バイアスなど)***	**上昇要因(観察研究)***	**対照群分母**	**対照群分子**	**(%)**	**介入群分母**	**介入群分子**	**(%)**	**効果指標(種類)**	**効果指標統合値**	**信頼区間**	**エビデンスの強さ****	**重要性*****	**コメント**
感度向上	RCT 1, prospective 6, retrospective 3	0	0	0	0	0	0	851	779	91.5%	851	818	96.1%	感度	95.1	89.6-97.7	中(B)	7	
特異度向上(生検率の低下)	RCT 1, prospective 6, retrospective 3	0	0	0	0	0	0	1034	478	46.2%	1034	685	66.2%	特異度	80.9	67.1-89.8	中(B)	8	
造影剤注入の侵襲性	0																	2	該当論文なし
検査時間の増加	0																	2	該当論文なし
費用	0																	3	該当論文なし

コメント(該当するセルに記入)